

TÍTOL DE L'EXPERIÈNCIA:

INTEGRACIÓ DE DADES DELS APARELLS DE PRESA DE SIGNES VITALS
A LES UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE
L'HOSPITAL SANTA CATERINA.

AUTORS:

NURIA BATLLE JOHER

SANDRA MATILLA GONZALEZ

ALBA PLA SURINA

LOURDES REIXACH ESPINAR

CREU SALGADO RODRÍGUEZ

PERSONA QUE FARÀ LA COMUNICACIÓ ORAL

CREU SALGADO RODRÍGUEZ

CENTRE:

HOSPITAL SANTA CATERINA – IAS – SALT – GIRONA

TELÈFON DE CONTACTE:

615070100

CORREU ELECTRÒNIC:

mariac.salgado@ias.cat

INTEGRACIÓ DE DADES DELS APARELLS DE PRESA DE SIGNES VITALS A LES UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE L'HOSPITAL SANTA CATERINA.

La presa de signes vitals és una tasca que sempre ha tingut un pes important en l'activitat assistencial de les infermeres de les unitats d'hospitalització d'atenció especialitzada. Aquesta tasca és molt important per al control de l'evolució del pacient i ocupa un temps considerable en les tasques diàries de la infermera. Un cop mesurats els signes vitals s'han de registrar (en paper o informàticament) fet que també requereix un temps i una concentració important per tal de no cometre errors.

En el nostre centre disposem de registres informàtics d'infermeria des del febrer del 2009. Fins ara la infermera i l'auxiliar transcrivien els signes vitals mesurats a l'aplicatiu informàtic manualment. Això podia produir errors (ja sigui per introduir unes dades incorrectes o equivocar-se de pacient). Aquests dos supòsits comprometen la seguretat del pacient i vam creure important tenir-los en compte.

Amb la necessitat de renovació de l'aparatatge per la presa de signes vitals al nostre centre vam tenir la possibilitat d'adquirir uns monitors que ens permetien integrar les dades preses des de l'aparell directament a l'aplicatiu informàtic d'infermeria (actualment PROCÈS D'INFERMERIA SAP) sense necessitat de transcriure-les manualment. Les variables clíniques que s'integren directament són la tensió arterial, freqüència cardíaca, saturació d'oxigen i temperatura. Als monitors també es pot afegir manualment des del capçal del llit del pacient la freqüència respiratòria, la glucèmia, la diüresi, el número de deposicions, el pes, la talla i el dolor (escala EVA).

Al març del 2017 vam posar en funcionament la integració de dades dels nous monitors de mesura de signes vitals. En els seus inicis vam tenir diverses dificultats tècniques tant amb els braçalets identificadors que ens permeten la lectura de les dades del pacient, com amb la xarxa wifi del nostre centre. Aquests problemes en aquests moments estan resolts i els problemes tècnics que tenim són propis de qualsevol altre suport de tipus informàtic.

A dia d'avui la mesura de signes vitals a les plantes d'hospitalització d'aguts del nostre hospital és un procediment senzill i àgil i ha fet disminuir el temps que es dedicava a aquesta tasca permetent dedicar més temps a altres tasques del pla de cures dels pacients. També s'eviten possibles errors de transcripció, ha augmentat la identificació dels pacients amb braçalet identificadors i la satisfacció del personal és molt bona.