

Benvolguts,

Com a continuació del mail enviat el 9 d'abril en el que explicàvem la situació detectada en la distribució de mascaretes FFP2, us fem saber la situació en aquest precís moment.

Les mascaretes ubicades al magatzem central de Logaritme han estat avaluades per Catàleg Central de l'ICS de la Gerència de compres i per la Unitat de Prevenció de Riscos del Centre Corporatiu amb la col·laboració del personal de Logaritme.

Les seves conclusions sobre l'ús sanitari de les mateixes són les següents amb indicació de la marca i model:

- Validades:

- HOMAR – S. SANGSO – DISPOSABLE PROTECTION FACE MASK
- 3M REF 8210 – PARTICULATE RESPIRATOR N95
- 3M AURA 9320+

- NO validades:

- KN95 STEREO PROTECTIVE MASK
- GARRY GALAXY N95 RESPIRATOR MASK
- PUWEI BFE99
- BENEHAL – NIOSH N95 MS6115L

Davant aquestes conclusions s'han pres les següents mesures:

- S'ha bloquejat l'estoc de Logaritme de les referències no validades per tal que no sigui distribuïda cap mascareta d'aquestes referències
- S'han contactat dos laboratoris perquè la propera setmana facin un anàlisi de les prestacions de les mascaretes de referència per tal de tenir proves en cas d'haver d'actuar en front els proveïdors de les mateixes
- S'han lliurat als centres mascaretes validades en substitució de les rebudes i no validades, en els casos que ha estat necessari i així ho heu manifestat

Per tal que us sigui més fàcil identificar-les us adjuntem fotografies i en el cas que encara algun centre tingueu problema ens ho feu saber per donar-vos solució.

Posat de manifest que tot i disposar de fitxes tècniques facilitades pels proveïdors i validades per PRL en el moment de la compra ens trobem en situacions com les esdevingudes, fruit del moment tan complicat en el que hem d'accedir al mercat en l'actualitat, s'ha pres la mesura de que a partir d'ara es faci un control de qualitat de la mercaderia rebuda al magatzem central de Sant Sadurní tot i tenir documentada la validesa del material en el moment de la compra, amb l'objectiu d'evitar en el que sigui possible que arribi a cap centre material de dubtosa protecció per als nostres professionals.

Us mantindrem informats del que vagi succeint sobre aquest tema.

No dubteu posar en el nostre coneixement qualsevol altre incidència que detecteu a fi i efecte de poder ajudar a la seva resolució.

Gràcies per anticipat en la vostra col·laboració per la solució dels problemes que van sortint en aquests moments tan difícils.

Salutacions,

Judith Torné Vilàs

Àrea de Recursos Econòmics

Salut/Servei Català de la Salut

Travessera de les Corts, 131-159 | Edifici Olímpia | 08028 Barcelona | Tel. 93 403 89 90
jtorne@catsalut.cat | <https://catsalut.gencat.cat>

S/Sistema de
Salut de Catalunya



Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruiu.

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.